

DERMABOND® PRINEO® Sistema de Fechamento da Pele

Fechamento resistente e protetor para ótimos resultados estéticos em incisões⁴⁻⁶



Melhora da cicatrização e alta satisfação do paciente

Satisfação do Paciente

- O paciente pode tomar banho imediatamente após o procedimento, se orientado pelo profissional de saúde¹
- No momento da remoção, o Sistema DERMABOND PRINEO está associado a uma dor inferior aos outros dispositivos de fechamento de ferida²
- A não utilização de curativos pós-cirúrgicos pode significar mais facilidade nos cuidados pessoais e maior autoconfiança para os pacientes³

Proteção e Força

- Proporciona uma barreira microbiana com proteção 99% eficaz *in vitro* por 72 horas contra os organismos comumente responsáveis por infecções do sítio cirúrgico (ISC)^{4*}
- Resistência de retenção da pele significativamente superior aos grampos de pele ou a suturas subcuticulares^{5,6†}
- Redistribui a tensão da ferida para a área de superfície saudável circundante

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery

*Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, e Enterococcus faecium

†Em um estudo ex vivo, mais carga em N foi necessária para criar um espaço de 3 mm entre as bordas da pele aproximadas com o Sistema DERMABOND PRINEO (22 cm) do que com sutura subcuticular 4-0 MONOCRYL® (poliglecaprone 25) ou grampos de pele PROXIMATE® de Endocirurgia da Ethicon (P<0,001).

DERMABOND® PRINEO® Sistema de Fechamento da Pele 60 cm



Ideal para:

- Abdominoplastia
- Reconstrução de mama
- Esternotomia
- Braquioplastia

DERMABOND® PRINEO® Sistema de Fechamento da Pele **Combinação potente de 2-octil-cianoacrilato (2-OCA) e tela autoadesiva que se adapta aos contornos do corpo e mantém o tecido no lugar⁷**

- Tela de poliéster flexível e autoadesiva para aproximação e cicatrização^{8,9}
- Adesivo resistente de uso tópico para pele com 2-octil-cianoacrilato se ajusta em aproximadamente 60 segundos quando aplicado na tela¹⁰

Para obter informações completas sobre indicações, contraindicações, advertências, precauções e reações adversas, consulte a bula completa.

¹Estudo duplo-cego de pesquisa quantitativa que compara a experiência de cirurgiões com o Sistema DERMABOND PRINEO e grampos de pele em artroplastia total de joelho. N=83 Cirurgias ortopédicas. IC de 90%. Realizado em Junho/Julho 2017.

Referências: **1.** DERMABOND™ PRINEO™ Skin Closure System, Instructions for Use. **2.** Parvizi D, Friedl H, Schintler MV, et al. Use of 2-octyl cyanoacrylate together with a self-adhering mesh (Dermabond Prineo) for skin closure following abdominoplasty: an open, prospective, controlled, randomized, clinical study. *Aesthetic Plast Surg.* 2013;37(3):529-537. **3.** De Cock E, F, Mueller K, Tan R. Changing the surgical wound closure management pathway: time and supplies with PRINEO vs. standard of care for abdominoplasty surgery in Germany. Poster presented at: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 11th Annual European Congress. November 2008, Athens, Greece. **4.** Su O6TRO71 Study Report for in vitro evaluation of microbial barrier properties of DERMABOND ProTape. Ethicon, Inc.. **5.** Kumar A. AST-2014-0246. Study to compare the tissue holding strength of DERMABOND® PRINEO® 22 cm Skin Closure System (DP22) to conventional wound closure techniques. Ethicon, Inc. **6.** Kumar A. AST-2012-0290. Completion Report: Study to compare the tissue holding strength of PRINEO Skin Closure System with conventional wound closure techniques. 2012. Ethicon, Inc. **7.** O6CS005. Multi-centre study to show equivalence of DERMABOND™ PRINEO™ APE to INTRADERMAL SUTURES for skin closure of full thickness surgical incisions. June 2010. Ethicon, Inc. **8.** DERMABOND PRINEO System Claims Matrix. 055548-160627. Ethicon, Inc. **9.** Shapiro AJ, Diñsmore RC, North JH Jr. Tensile strength of wound closure with cyanoacrylate glue. *Am Surg.* 2001;67(11):1113-1115. **10.** McCrum LM. Study O6PD058: DERMABOND™ ProTape working time and polymer characterization as a function of working time. 2006. Ethicon, Inc.

© Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. 2018.
Johnson & Johnson Medical Brasil, uma divisão de Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 Complexo JK - Bloco B 8 andar, São Paulo/SP, CEP 04543-011
Responsável técnico: Nancy Mesas do Rio - CRF SP nº 10.965.
DERMABOND PRINEO SKIN CLOSURE SYSTEM - Registro Anvisa 80145901824
Conteúdo destinado a profissionais de saúde.
Elaborado em: Abril 2018 EOS 091157-180502

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery